

1. Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej posiadający zakres stosowanego stężenia tlenu 21-100%? Oferowane urządzenie posiada możliwość opcjonalnej rozbudowy o zintegrowany pomiar saturacji oraz zasilanie akumulatorowe na minimum 30 minut.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej posiadający zakres stosowanego stężenia tlenu 21-100%.

2. Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy według poniższego harmonogramu?

1) do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – wydanie i dostawa 100 szt. urządzeń;

2) do 21 dni kalendarzowych – wydanie i dostawa pozostałych 250 szt. urządzeń.

Odpowiedź

Zapisy treści Ogłoszenia pozostają bez zmian.

3. Pytanie 3

Proszę o informacje w jakiej formie ma być złożona oferta: PDF z podpisem kwalifikowanym, czy mogą być skany z pieczętkami o podpisami osoby uprawnionej?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza obie formy.

4. Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w zakres regulacji przepływu 1-40 L/min, w którym maksymalna wartość przepływu 40 L/min osiąga trzykrotnie wyższą prędkość wypłukiwania CO₂ co oznacza wyższą efektywność wentylacji niż przy wymaganym 60 l/min, jednocześnie oszczędzając znacznie zużycie tlenu?

Odpowiedź

Zapisy SOPZ pozostają bez zmian..

5. Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści aparat z płynną regulacją temperatury w zakresie 33-39 st. C. ze stałą (fizjologiczną) wartością nawilżania?

Odpowiedź

TAK , zamawiający dopuści takie urządzenie.